

单一来源采购方式专家论证意见表

采购单位	商城县上石桥镇中心卫生院	
项目信息	项目名称	商城县上石桥镇中心卫生院医疗设备购置项目
	项目金额	27.80万元
	供应商名称	东软医疗系统股份有限公司
专家信息	姓名	林叶高
	职称	副主任医师
	工作单位	信阳市妇幼保健院
专家论证意见	<p style="text-align: center;">球管和探测器属于CT扫描设备的核心部件，精度较高，其参数及适用性是否与主机匹配事关设备的正常运转，为确保设备能良好运行和保障临床正常使用，建议采用单一来源采购球管。</p>	
专家签字	林叶高	日期：2026年5月13日

