

## 政府采购单一来源专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                               | 商城县人民医院            |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                            | 商城县人民医院购置64排CT球管项目 |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                            | 1600000元           |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                                         | 商城县人民医院购置64排CT球管项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                                         | 1600000元           |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 三、供应商：西门子医疗系统有限公司                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <p>原因阐述：</p> <p>该CT设备是由西门子生产，“CT球管”作为X射线管组件，是X射线计算机断层摄影设备（“CT设备”）的核心部件。我国依据医疗器械风险程度，对第二类、第三类医疗器械实行产品注册管理。根据2018年8月1日生效的《医疗器械分类目录》，“CT球管”属于第二类医疗器械，应对其安全性、有效性加以控制，实行产品注册管理。为保障设备的正常、可靠、稳定运行，符合临床及采购需求，更换维修时只能从唯一供应商处采购并更换，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的规定，需采用单一来源方式采购。</p> |                    |

刘

### 三、专家论证意见

球管是CT设备的核心部件,因该院原CT为西门子品牌,其球管为西门子公司生产,该CT只适用于其原厂球管,且原厂部件对设备的正常运行和稳定运行更有保证,因此建议从西门子公司或其授权的有资质的唯一公司采取单一来源的方式采购该部件。

专家签字:

刘阳

2026年6月29日