

永城市人民医院永城市医共体(永城市人民医院+乡镇卫生院)五大共享中心项目变更公告

- 一、项目名称：永城市人民医院永城市医共体(永城市人民医院+乡镇卫生院)五大共享中心项目
二、项目编号：永财公开招标采购-2026-46 永政采【2026】086 号
三、首次公告日期：2026 年 9 月 29 日
四、变更内容：
1.原招标文件内容：

一标段：

序号	系统分类	技术参数要求
2	电感耦合等离子体质谱仪	2. 离子源
		2.1 采用物理接地方式消除锥口二次放电，延长锥使用寿命
		5. 四极杆质量过滤器 5.1 分辨率：六档连续可调，具有多种分辨率模式

三标段：

序号	系统分类	技术参数要求
总体要求		为保证设备先进性，各厂家所投标机型应为首次 NMPA 注册时间为 2022 年 1 月 1 日之后，同时提供最新应用平台
		★球管、高压发生器、探测器等核心部件须与整机为同一品牌制造商

现变更为：

一标段：

序号	系统分类	技术参数要求
2	电感耦合等离子体质谱仪	2. 离子源
		2.1 具有消除锥口二次放电功能，延长锥使用寿命
		5. 四极杆质量过滤器 5.1 分辨率：连续可调，具有多种分辨率模式

三标段：

序号	系统分类	技术参数要求
总体要求		为保证设备先进性，各厂家所投标机型应为首次 NMPA 注册时间为 2022 年 1 月 1 日之后，同时提供最新应用平台
		▲厂商任一型号球管组件与设备生产厂商为同一制造商，或球管、高压发生器、探测器为同一制造商，提供检测报告佐证。

2. 原采购公告中:

十、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点:

1、时间: 2026 年 11 月 03 日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点: 固化加密后的电子投标文件须在商丘市公共资源交易服务平台中上传递交, 投标截止时间后电子投标文件无法上传。具体流程见“投标人须知-投标文件的递交”

十一、开标时间、地点及方式:

1、时间: 2026 年 11 月 03 日 9 时 00 分（北京时间）。

2、地点: 永城市公共资源交易中心一楼开标室。

3、投标文件解密开始时间: 2026 年 11 月 03 日 9 时 00 分;

投标文件解密截止时间: 2026 年 11 月 03 日 10 时 00 分;

注: 在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

现变更为:

十、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点:

1、时间: 2026 年 11 月 11 日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点: 固化加密后的电子投标文件须在商丘市公共资源交易服务平台中上传递交, 投标截止时间后电子投标文件无法上传。具体流程见“投标人须知-投标文件的递交”

十一、开标时间、地点及方式:

1、时间: 2026 年 11 月 11 日 9 时 00 分（北京时间）。

2、地点: 永城市公共资源交易中心一楼开标室。

3、投标文件解密开始时间: 2026 年 11 月 11 日 9 时 00 分;

投标文件解密截止时间: 2026 年 11 月 11 日 10 时 00 分;

注: 在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

现重新上传招标文件附件, 各潜在投标人重新下载, 以最新版本的招标文件附件为准, 其他内容不变, 给各潜在投标人造成不便, 敬请谅解。

五、发布公告的媒介

本次更正公告同时在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》、《中国政府采购网》上发布。

六、本次招标项目联系事项:

1、采购人: 永城市人民医院

联系地址: 永城市欧亚路

联系人: 刘女士

联系电话: 0370-5201718

2、集中采购机构/代理机构: 河南嘉赞工程管理有限公司

联系地址: 郑州市郑东新区德威广场 A 座 1605

联系人: 赵先生

联系电话: 0371-55957259、18638583003

河南嘉赞工程管理有限公司

2026 年 10 月 22 日