

进口产品论证专家签到表

采购单位	固始县中医院		
项目名称	固始县中医院更换西门子 64 排 CT 球管项目		
论证时间	2024 年 12 月 21 日 下午 15 时 00 分		
论证地点	永信恒昌工程管理有限公司 会议室		
论证专家成员签到			
姓名	职称或职务	联系电话	工作单位
付强	会计师	13598562896	固始县纪委监委
周峰	主治医师	13782930239	固始县人民医院
张林	副主任医师	13403971735	固始县人民医院
黄如	副主任医师	13949169050	固始县人民医院
梁世伟	执业律师	17337650652	河南誉梦律师事务所

表 3

政府采购进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	固始县中医院
拟采购产品名称	西门子 64 排 CT 球管
拟采购产品金额	1350000.00 元
采购项目所属项目名称	固始县中医院更换西门子 64 排 CT 球管项目
采购项目所属项目金额	1350000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 1、采购人因产品的一致性或者服务配套要求，需要继续从原产品匹配配套的进口配件。 2、该配件不属于国家法律法规政策明确规定禁止或限制产品。 3、球管是 CT 的核心部件，不是单独存在能使用的设备，经过球管与血管机整机的匹配性测试检验，更能保证安全、高效和更佳的图像质量。 综上所述，其他厂家生产的球管无法在西门子 64 排机器上使用，强行安装可能造成设备不能正常工程并产生安全隐患，故宜采购原设备匹配的进口配件。	
三、专家论证意见	
该配件不属于国家法律法规政策明确规定禁止或限制产品 专家签字：梁世伟 2024 年 12 月 21 日	

表 3

政府采购进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	固始县中医院
拟采购产品名称	西门子 64 排 CT 球管
拟采购产品金额	1350000.00 元
采购项目所属项目名称	固始县中医院更换西门子 64 排 CT 球管项目
采购项目所属项目金额	1350000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 1、采购人因产品的一致性或者服务配套要求，需要继续从原产品匹配配套的进口配件。 2、该配件不属于国家法律法规政策明确规定禁止或限制产品。 3、球管是 CT 的核心部件，不是单独存在能使用的设备，经过球管与血管机整机的匹配性测试检验，更能保证安全、高效和更佳的图像质量。 综上所述，其他厂家生产的球管无法在西门子 64 排机器上使用，强行安装可能造成设备不能正常工程并产生安全隐患，故宜采购原设备匹配的进口配件。	
三、专家论证意见	
考虑产品一致性及后续维护使用安全，建议进口。 专家签字：付强 2024 年 12 月 21 日	

表 3

政府采购进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	固始县中医院
拟采购产品名称	西门子 64 排 CT 球管
拟采购产品金额	1350000.00 元
采购项目所属项目名称	固始县中医院更换西门子 64 排 CT 球管项目
采购项目所属项目金额	1350000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 1、采购人因产品的一致性或者服务配套要求，需要继续从原产品匹配配套的进口配件。 2、该配件不属于国家法律法规政策明确规定禁止或限制产品。 3、球管是 CT 的核心部件，不是单独存在能使用的设备，经过球管与血管机整机的匹配性测试检验，更能保证安全、高效和最佳的图像质量。 综上所述，其他厂家生产的球管无法在西门子 64 排机器上使用，强行安装可能造成设备不能正常工程并产生安全隐患，故宜采购原设备匹配的进口配件。	
三、专家论证意见	
球管是CT的核心部件，不属于国家法律法规政策明确规定禁止或限制产品。 建议使用进口产品，保证使用效能 专家签字：周峰 2024 年 12 月 21 日	

表 3

政府采购进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	固始县中医院
拟采购产品名称	西门子 64 排 CT 球管
拟采购产品金额	1350000.00 元
采购项目所属项目名称	固始县中医院更换西门子 64 排 CT 球管项目
采购项目所属项目金额	1350000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 1、采购人因产品的一致性或者服务配套要求，需要继续从原产品匹配配套的进口配件。 2、该配件不属于国家法律法规政策明确规定禁止或限制产品。 3、球管是 CT 的核心部件，不是单独存在能使用的设备，经过球管与血管机整机的匹配性测试检验，更能保证安全、高效和更佳的图像质量。 综上所述，其他厂家生产的球管无法在西门子 64 排机器上使用，强行安装可能造成设备不能正常工程并产生安全隐患，故宜采购原设备匹配的进口配件。	
三、专家论证意见	
服务配套要求，需匹配进口配件 专家签字：王如 2024 年 12 月 21 日	

表 3

政府采购进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	固始县中医院
拟采购产品名称	西门子 64 排 CT 球管
拟采购产品金额	1350000.00 元
采购项目所属项目名称	固始县中医院更换西门子 64 排 CT 球管项目
采购项目所属项目金额	1350000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 1、采购人因产品的一致性或者服务配套要求，需要继续从原产品匹配配套的进口配件。 2、该配件不属于国家法律法规政策明确规定禁止或限制产品。 3、球管是 CT 的核心部件，不是单独存在能使用的设备，经过球管与血管机整机的匹配性测试检验，更能保证安全、高效和最佳的图像质量。 综上所述，其他厂家生产的球管无法在西门子 64 排机器上使用，强行安装可能造成设备不能正常工程并产生安全隐患，故宜采购原设备匹配的进口配件。	
三、专家论证意见	
因产品的一致性或服务配套要求，需要继续从原产品匹配配套的进口配件。 专家签字：王九林 2024 年 12 月 21 日	