

专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	固始县中医院
采购项目所属项目名称	购置64排CT球管论证
技术参数	详见技术参数
采购代理机构	汇龙工程咨询有限公司
二、专家论证意见	
目前该院使用的SOMATOMAS64排CT球管因不能清晰地扫描出图像，需要更换球管。由于CT球管具有原有匹配性，同意更换STRATONMAX型球管。 专家签字： 周改 日期 2025年9月26日	

