

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第六人民医院
拟采购产品名称	电子胃镜 2 套、电子肠镜 1 套
拟采购产品金额	155.5 万元
采购项目所属项目名称	郑州市第六人民医院电子胃肠镜采购项目
采购项目所属项目金额	155.5 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：1、首要原因：科室现有进口品牌奥林巴斯 290 主机 2 套，配套胃肠镜均为该品牌，考虑后续设备的兼容性，优先考虑购买与科室现有主机相兼容的同品牌内镜，如选择其他品牌，需考虑购置主机以及现有奥林巴斯品牌内镜使用的便捷性。 2、目前高清电子胃肠镜市场集中度较高，奥林巴斯，宾得，富士等国外先进内窥镜企业凭借其先发优势和成熟的技术优势，占据了国内内窥镜市场的大部分，上述产品在质量的稳定性以及售后的便捷性方面较为出色。 3、在业务方面，国内大多数医院在使用 NBI 技术进行早癌的鉴别诊断，学术交流也以 NBI 技术为主，内镜的电子染色技术相关书籍也是以 NBI 技术作为标准制定的图谱。国产品牌如澳华也有类似功能，但因为 NBI 专利原因以及市场占有率问题，临床应用数据少，临床使用以及业务学习、学术交流有较多限制。 4、国产内镜近些年进步显著，但经我科人员与使用国产肠镜单位的同行了解，其实际使用效果与进口内镜有很大差距，且部分国内品牌内镜性能稳定性相对较低，使用故障率较高，特别是使用较长时间后，易出现故障，后期设备维护成本并不算低。 综上所述，为了提高设备的兼容使用性以及医院消化内镜水平的提升、业务的交流方面考虑，此次购买胃、肠镜单镜产品，优先考虑购买与科室现有主机相兼容的同品牌产品。	
三、专家论证意见	

进口高清电子胃镜系统内镜画质超高清,具超强
组织放大功能,能更清晰、仔细地观察消化道
内壁的微小组织和隐藏病变,提高消化道早癌
及癌前病变的诊断率.进口产品系统优于国内同
类产品.相比国内同类产品进口高清电子胃镜系统
稳定性更好、图像清晰,操作性好,且使用更方
便,质量过硬.为更好服务患者,同意采购进
口产品.

专家签字: 张昉

2025年8月1日