

# 信阳市第四人民医院高清电子大肠内窥镜采购项目

| 主要技术参数要求 |                                            |     |
|----------|--------------------------------------------|-----|
| 序号       | 内 容                                        | 备注  |
| 一        | 基本要求                                       |     |
| 1.1      | 国际知名品牌，在河南省内三甲级以上医院有临床使用。                  |     |
| 1.2      | 所有投标产品为该品牌最高端产品，最新型号。                      | ★   |
| 二        | 全高清电子大肠内窥镜                                 | 1 条 |
| 2.1      | 视野角：≥140°                                  |     |
| 2.2      | 景深：3-100mm                                 |     |
| 2.3      | 弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°，向左≥150°，向右≥150°       |     |
| 2.4      | 先端部外径：≤13.3mm                              |     |
| 2.5      | 插入部外径：≤13.3mm                              |     |
| 2.6      | 钳道内镜：≥3.8mm                                | ★   |
| 2.7      | 有效长度：≥1300mm                               |     |
| 2.8      | 总长度：≥1600mm                                |     |
| 2.9      | 具有前向射水管道，副送水功能，可以开展镜下治疗                    |     |
| 2.10     | 内镜 PVE 可旋转 180°，可延长导光管寿命，降低医师疲劳感           | ★   |
| 2.11     | 照明有效性：U <sub>L</sub> ≤25%                  |     |
| 2.12     | 送水量≥45ml-min, 送气量≥800ml/min, 吸水量≥400mi/min |     |
| 2.13     | 射水速度：≥35ml/10s                             |     |
| 2.14     | 照度：≥20000Lx                                |     |
| 2.15     | 与医院现有潘太克斯内镜主机兼容，配套使用                       | ★   |

同 录 五