

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	商城县人民医院
拟采购产品名称	电子结肠内窥镜
拟采购产品金额	825000 元
采购项目所属项目名称	商城县人民医院购置一批医疗设备项目
采购项目所属项目金额	1650000 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院现有消化内镜一套(含胃镜五根)，于 2019 年购置品牌为奥林巴斯。随着近年来业务发展迅速，内镜诊疗量增加，在用电子结肠内窥镜使用年限长，使用强度过高，现处于故障频发状态，维修成本较高，需更新电子结肠内窥镜，保证科室诊疗业务的开展，特申请采购电子结肠内窥镜两根以满足临床治疗检查使用。又因其他品牌型号的电子结肠内窥镜无法匹配奥林巴斯消化内镜主机，故申请单一来源采购方式。	

孙

三、专家论证意见

该电子结构内窥镜非《中国禁止进口、
限制进口产品目录》规定的产品，采购
行为符合相关法律法规，建议依法采
购该产品。

专家签字：孙德武

2025 年 6 月 3 日