

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况			
申请单位	郑州人民医院		
拟采购产品名称、 数量及预算	激光治疗系统	1 套	160.00 万元 (人民币)
采购项目所属项 目名称	郑州人民医院激光治疗系统项目		
拟采购进口设备 预算	160.00 万元(人民币)		
二、申请理由			
☐ 1. 中国境内无法获取			
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取			
☒ 3. 其他			
原因阐述：目前 C02 脉冲激光治疗仪主要用于皮肤科的治疗，妇科以及烧伤疤痕治疗，这些深度较深的疤痕要求设备光斑密度高、控制精准，减少热损伤和，国产产品单脉冲能量最大一般在 400MJ，单脉冲的穿透深度一般最大在 500um，脉冲达不到 0.01 秒的水平，不能满足对复杂病患治疗的需求。			

三、专家论证意见

专家姓名:

何立

专家工作单位:

河南省中医院

专家电话:

13653710772

专家意见:

目前,国内同类产品激光治疗仪,单脉冲激光能量还不到50mJ/cm²的要求,单发脉冲-穿透深度还不到1000um的要求,治疗的早和差,复发率较高,但进口设备在以上各种技术指标上均已达到临床-实际需求,且复发率低,因此建议进口设备。

专家签字

2015年8月11日

何立