

政府采购履约验收表

采购人	商城县人民医院	采购项目名称	商城县人民医院直线加速器配套验证设备采购项目	合同名称	商城县人民医院直线加速器配套验证设备采购项目合同
供应商	武汉亿科医疗设备有限公司	项目编号	商财公开招标准-2024-31	合同金额	¥: 1838600.00元
验收时间	2025年3月6日	验收地点	商城县人民医院	验收组织形式	<input checked="" type="checkbox"/> 自行组织 <input type="checkbox"/> 委托第三方机构
验收方式		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性验收 <input type="checkbox"/> 分节点验收 <input type="checkbox"/> 分期验收	(共分期, 此为第 期验收)		

验收小组成员情况

姓名	工作单位	职务/职称	联系方式	备注
徐宁	商城县人民医院	纪检监察室	13598557817	
李良峰	商城县人民医院	医学装备科	13608472088	
放疗科工作人员	商城县人民医院	/	/	
陈明宜	商城县人民医院	医学装备科	15188561201	

验收内容和标准	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量等	技术、性能指标等	运行状况及安装调试等	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履行时间、地点、方式等	其他验收内容和标准
	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
专业质量检测机构情况说明(如有)	无								

直线加速器配套验证设备一批 (晨检仪) 一台 MQA Daily; 绝对剂量仪 一套 DOSEK; 固体水 一套 SP34; 治疗计划验证系统 一台 Matrixx resolution with myqa patients; 胶片验证系统 一套 Myqa plug-in/film analysis) 经验收合格。

验收情况说明
 存在问题和改进意见(如有)
 无

合格 不合格

验收小组成员签字
