

信阳市中心医院东院区部分科室增补小
器械采购项目

招 标 文 件

采购编号：信财公开招标-2023-59



中金泰富

采 购 人：信阳市中心医院

采购代理机构：中金泰富工程管理有限公司

日 期：二〇二三年五月

目 录

电子招投标特别提示	1
第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知	7
第三章 采购需求	25
第四章 评标方法和标准	51
第五章 合同	57
第六章 投标文件格式	60

电子招投标特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登陆“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人 CA 印章。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）

到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、供应商编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。

2、采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人投标文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。（2021 版添加修订）。

3、中标企业认为投标文件中资料涉及商业秘密的，可以要求代理机构对相关信息模糊处理后公示（2021 版添加修订）。

4、潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

十、特别提醒

5、投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过 50MB。

第一章 招标公告

项目概况

信阳市中心医院东院区部分科室增补小器械采购项目 招标项目的潜在投标人潜在投标人应在登陆“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登陆会员系统进行网上投标。获取招标文件，并于 2023 年 6 月 6 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、采购编号：信财公开招标-2023-59
- 2、项目名称：信阳市中心医院东院区部分科室增补小器械采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：1545116.33 元
最高限价：1545116.33 元

序号	项目名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	信阳市中心医院东院区部分科室增补小器械采购（一）	867576.33	867576.33
2	信阳市中心医院东院区部分科室增补小器械采购（二）	677540.00	677540.00

5、采购需求：

（1）采购内容：信阳市中心医院东院区部分科室增补小器械采购，详细内容及要求见招标文件采购需求及技术要求；

（2）质量标准：符合国家及行业相关要求合格标准，满足采购人要求；

（3）质保期：三年；

（4）交货地点：采购人指定地点。

6、合同履行期限（交货及安装期）：10 日历天内完成交货及安装

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办

法》（财库〔2020〕46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；非制造商投标时，经销商或代理商应具有《医疗器械经营许可证》（经营范围包含拟投设备），进口设备须提供制造商针对本项目直接或逐级授权的产品授权书；

3.2 投标人应具有拟投设备（属于医疗器械）在有效期内的《医疗器械注册证》或不作为医疗器械管理的证明或消毒产品应具有卫生许可证、卫生安全评价报告；

4、其他说明：

4.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息。查询截止时点为：从报名开始之日起至投标截止之日止。）

4.2 本项目 适用 信用承诺（详见下述要求）：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，视为无效投标。提供“信用中国”网站的列入失信被执行人、重大税收违法失信主体网站截图和“中国政府采购网”网站的政府采购严重违法失信行为记录名单网站截图；查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询截止时点为：从报名开始之日起至投标截止之日止。）

（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见响应文件“八、资格审查资料”附件），供应商在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，还需要提供以下证明材料：

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

②有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供2023年内任意1个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供。（如依法免税的，则须提供相关部门出具的证明文件。如投标人在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表。）】；

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺书）；

⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（二）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。采购人、采购代理机构在发布中标结果公告时，资格证明材料需同其他要求发布的文件一起发布。

三、获取招标文件

1、时间：2023年5月17日至2023年5月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：登陆“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登陆会员系统进行网上投标。

3、方式：

3.1 投标人注册：投标企业首先登陆“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站进行交易主体注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

3.2 办理CA数字证书：完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。

3.3 招标文件获取方式：投标人凭CA数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

3.4 请投标人下载招标文件后及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2023年6月6日09时30分（北京时间）；

2、地点：本项目为不见面开标项目，投标文件递交地点为《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>）电子招投标平台会员系统指定位置。

3、加密电子投标文件逾期上传采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1、时间：2023年6月6日09时30分（北京时间）；

2、地点：信阳市公共资源交易中心第四开标厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2. 投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

3. 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

4. 不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

采 购 人：信阳市中心医院

地 址：信阳市四一路1号

联系人：敖锋

联系电话：0376-6251760

2. 采购代理机构信息

代理机构：中金泰富工程管理有限公司

地址：郑州市红专路与经七路交叉口向北200米路东中亨大厦7楼712室

联 系 人：许星移

电 话：0371-55022101 15518597586

3. 项目联系方式

联系人：许星移

电话：15518597586

4. 监督部门信息

监督单位：信阳市财政局政府采购科

联系电话：0376-6699188

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	内 容
1.1.1	采购人	采 购 人：信阳市中心医院 地 址：信阳市四一路1号 联系人：敖锋 联系电话：0376-6251760
1.1.2	采购代理机构	名称：中金泰富工程管理有限公司 地址：郑州市红专路与经七路交叉口向北200米路东中亨大厦7楼 联系人：许星移 电话：0371-55022101 15518597586
1.1.3	采购项目名称	信阳市中心医院东院区部分科室增补小器械采购项目
1.1.4	采购项目实施地点	采购人指定地点
1.1.5	采购方式	公开招标
1.1.6	采购项目属性	货物类
1.1.7	资金来源	自筹资金
1.2.2	预算金额	一包：867576.33元；二包：677540.00元 投标人的报价超过预算金额或最高限价的，其投标无效。
1.3.1	采购需求	见招标文件第三章
1.3.2	质量标准	符合国家及行业相关要求合格标准，满足采购人要求
1.3.3	交货期及安装期	10日历天内完成交货及安装

<p>1.4.1</p>	<p>投标人还应具备的其它资格要求</p>	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</p> <p>2、落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。</p> <p>3、本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1 投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；非制造商投标时，经销商或代理商应具有《医疗器械经营许可证》（经营范围包含拟投设备），进口设备须提供制造商针对本项目直接或逐级授权的产品授权书；</p> <p>3.2 投标人应具有拟投设备（属于医疗器械）在有效期内的《医疗器械注册证》或不作为医疗器械管理的证明或消毒产品应具有卫生许可证、卫生安全评价报告；</p> <p>4、其他说明：</p> <p>4.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息。查询截止时点为：从报名开始之日起至投标截止之日止。）</p>
--------------	-----------------------	---

		<p>4.2 本项目 适用 信用承诺（详见下述要求）：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016] 125 号）和豫财购[2016]15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，视为无效投标。提供“信用中国”网站的列入失信被执行人、重大税收违法失信主体网站截图和“中国政府采购网”网站的政府采购严重违法失信行为记录名单网站截图；查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询截止时点为：从报名开始之日起至投标截止之日止。）</p> <p>（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见响应文件“八、 资格审查资料”附件），供应商在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，还需要提供以下证明材料：</p> <p>①具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；</p> <p>②有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2021 年度或 2022 年度财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）；</p> <p>③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺书）；</p> <p>④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供 2023 年内</p>
--	--	---

		<p>任意 1 个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供。（如依法免税的，则须提供相关部门出具的证明文件。如投标人在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表。）】；</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺书）；</p> <p>⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。</p> <p>（二）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。采购人、采购代理机构在发布中标结果公告时，资格证明材料需同其他要求发布的文件一起发布。</p>
1.4.2.5	是否允许采购进口产品	<u>否</u> （是、否）
1.4.2.6	是否为专门面向中小企业采购	<u>否</u> （是、否）
1.4.3	是否允许联合体投标	<u>否</u> （是、否）
1.4.3.8	对联体的其他资格要求	无
1.7.1	现场考察及开标前	是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u> （是、否）

	答疑会	
1.8.2	对样品的要求	是否需要提供样品： <u>否</u> （是、否）
2.2.3	招标文件的澄清更正或修改	提交投标文件截止时间 15 日前
3.4.1	投标报价	投标人应按招标文件中的相关要求进行报价。
3.5.4	签字和盖章要求	1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。 2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人 CA 印章。
3.7.1	投标有效期	提交投标文件截止之日起 <u>60</u> 日历天
4.2.1	投标截止时间	2023 年 6 月 6 日 09 时 30 分（北京时间）
4.3.1	投标文件的提交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html ，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1.1	开标时间及地点	开标时间：同投标截止时间；

		开标地点：信阳市公共资源交易中心第四开标厅。
5.1.2	加密的电子投标文件解密时间	在开始解密本单位电子投标文件后的 10 分钟内完成远程解密。
5.2.2	对投标人信用查询的时间	信用信息截止时间点： <u>同投标截止时间</u> ； 信用查询时间： <u>投标截止时间后开始查询</u> 。
5.2.6	评标委员会的组成	评标委员会成员人数：5 人。 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。其中：采购人代表 <u>1</u> 人，评审专家 <u>4</u> 人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。
5.5.2	评标方法	采用综合评分法
6.2.1	推荐中标候选人	推荐中标候选人的数量： <u>三名</u>
6.2.2	确定中标人	采购人确定中标人： <u>是</u> （是、否） 采购人委托评标委员会直接确定中标人： <u>否</u> （是、否）
11	履约保证金	是否递交履约保证金： <u>否</u>
12	招标代理费	1. 招标代理服务费用由成交人向招标代理机构一次性缴纳招标代理服务费用。 2. 本次招标代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002 号文件的规定由成交供应商向采购代理机构支付代理服务费
13	需要补充的其它内容	
付款方式		1、自本合同签字盖章生效之日起 3 个工作日内，甲方向乙方支付项目总额的 40%； 2、经验收通过后甲方向乙方支付项目总额的 60%。

其他	标书雷同性分析：文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按无效投标处理。
----	-------------------------------------

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、交货及安装期、质保期

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货及安装期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被接管或冻结的；
- (5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- (6) 在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 采购项目产品技术标准与要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。

如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容（**根据项目特点合理调整内容**）：

- 1) 投标函及投标函附录
- 2) 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 2) 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 3) 联合体协议书（如有）
- 4) 分项报价表
 - （一）货物分项报价一览表
 - （二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（非专门面向中小企业适用）
- 5) 商务及技术偏差表
- 6) 投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
- 7) 售后服务承诺
- 8) 资格审查资料
- 9) 中小企业声明函(如有)
- 10) 残疾人福利性单位声明函(如有)（非专门面向中小企业适用）
- 11) 监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 12) 反商业贿赂承诺书
- 13) 其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 投标人负责国外生产的货物的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.9 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场（或电子交易系统）合理的时间内提供书面说明（或电子澄清说明文件），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（10-20%）	报价×（10-20%）

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）、信财购[2022]8号文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 6% 的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展

的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

注：投标价格为含税价，应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5、投标文件的制作：

3.5.1、投标人通过“信阳市公共资源交易网（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2、使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3、投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5、投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF格式和*.NXYTF格式）时，请使用本单位的企业CA数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物交货及安装期、质保期、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.9 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.5.10 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的上传

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.XYTF) 到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.2 条规定进行制作和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.2.2 资格审查

开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组，按照“投标人须知前附表 1.4.1 投标人资格要求”对投标人进行资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

免收履约保证金

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起1天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；
- (2) 通过资格审查的投标人不足三家的；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。

10. 其他内容

10.1 投标人应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 投标人所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.6 投标人提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.7 中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责；

10.8 投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.9 对需要投标人代表的货物制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请货物制造商作出书面承诺。

10.10 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

10.11 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

10.12 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章 采购需求

具体参数:

一包

序号	所属科室	设备名称	技术参数	单位	数量
东院区部分科室增补器械采购（一）					
1	生殖中心	温度计	二氧化碳培养箱专用温度计；温度范围：15-50℃；0.5℃的刻度；瓶内是特殊玻璃纱，保证温度计的稳定性又能保证培养箱不受污染	台	2
2	生殖中心	计时器	正倒计时、时钟功能、闹铃提示可挂可吸可立	个	2
3	生殖中心	天平	210*135，两托盘耐腐蚀，不锈钢横梁，砝码200g天平，标尺分度值0.1g，稳定性好，灵敏度高，不锈钢材质	个	2
4	生殖中心	试管架	210*115*85mm，孔径16mm*50孔	个	4
5	生殖中心	持物缸（中）	64×150，有盖，中号	个	5
6	生殖中心	持物钳（弯钳、卵圆钳、宫颈钳等均可）	250×10，弯有齿	把	5
7	生殖中心	无菌缸（大号）	Φ100×100	个	15
8	生殖中心	移植包	不锈钢腰子盘：190×115×25，浅型；子宫颈钳：250，2×3齿，侧弯；消毒杯：直径4.6cm×高度4.5cm，医用304不锈钢；子宫探针：280，直，带刻度，柔性；无齿卵圆钳：250×10，弯无齿	个	10
9	生殖中心	一次性物品柜	规格：尺寸(mm)：900×450×2000； 材质：国标SUS304型不锈钢，不锈钢板材厚度为1.5mm 结构特点：1、整体由不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀，耐腐蚀，不生锈； 2、柜子分上下两层，上面门为嵌入式玻璃，透明度强，下层为板门对开，结构牢固，可满足不同需求 3、拉手采用内镶式门拉，角棱光滑圆润，导轨采用三节静音导轨 4、柜子门采用双扇对开，缝隙小，隔板采用加强筋四棱活板，可以上下自由调节，方便耐用，牢固，适合放重物使用	个	4

10	生殖中心	体重计	测量范围：身高：20~210cm；允许误差：+5℃~+10℃(含+10℃)±0.6cm；+10℃~+40℃±0.5cm； 重量：2.0~500kg，允许误差：±0.1kg；显示屏：①测量屏 5+3 寸双屏液晶屏显示，屏幕可显示单位名称或二维码，扫码可以查看测量结果；产品采用：超声波非接触式测高；平衡梁式传感器称重；其他功能：1)BMI 值计算；2)语音提示测量步骤；3)语音播报测量结果；4)RS-232 数据传输，测量结果可以通过数据线传输到电脑中；5)纬度补偿功能，使体重测量更精确	个	1
11	生殖中心	不锈钢治疗车	1、72.5cm(台面长度)*42.5cm(台面宽度)*68cm(总高度)*37.5cm(层高) 2、材质：整车采用 304 不锈钢材质焊接而成，推车承重≥100KG 3、产品结构分为上下两层，配备两个抽屉，滑道不外露，台面带有 5 公分高的三面围挡，防止物品掉落 4、全车经过多重打磨工序，无尖锐外漏部位 5、采用 75#橡胶超静音脚轮，两刹两不刹，推动无声音	辆	4
12	遗传咨询门诊	条码打印机	打印方式：热转印/热敏；分辨率：203dpi；接口 USB 口+串口；速度：127mm/s；打印宽度：104mm	个	1
13	内镜室	电动吸引装置	输入功率 90VA；抽气速率≥15L/min；极限负压值≥0.06MPa；负压调节范围 0.02MPa 至极限负压值 熔丝管 F1.5AL250V，5X20；噪声≤65dB(A)；外形尺寸约为 370×180X280mm。	个	10
14	产房	人流手术包	不锈钢腰子盘：190×115×25，浅型；双翼阴道手术扩张器：92×34，可调式；双翼阴道检查扩张器：90×22，可调式；编网筐：340×250×70；子宫探针：280，直，带刻度，柔性；子宫颈钳：250，2×3 齿，直；子宫颈钳：250，2×3 齿，侧弯；子宫敷料钳：250 有齿，双弯；海绵钳：250×10，弯有齿；流产吸引头：6#，弯；流产吸引头：7#，弯；子宫刮匙：280×12(12#)，锐，环形，六方柄；子宫刮匙：280×8(8#)，锐，环形，六方柄。	套	6
15	生殖中心	宫腔镜包	不锈钢腰子盘：190×115×25，浅型；双翼阴道手术扩张器：92×34，可调式；双翼阴道检	个	10

			查扩张器：90×22，可调式；编网筐：340×250×70；子宫探针：280，直，带刻度，柔性；子宫颈钳：250，2×3 齿，直；子宫颈钳：250，2×3 齿，侧弯；子宫敷料钳：250 有齿，双弯；海绵钳：250×10，弯有齿；流产吸引头：6.5#，弯；流产吸引头：7#，弯；子宫刮匙：280×12(12#)、锐、环形、六方柄；子宫刮匙：280×8(8#)，锐，环形，六方柄；子宫颈扩张器7.5#，尖圆头；子宫颈扩张器：8#，尖圆头；子宫颈扩张器：8.5#，尖圆头；子宫颈扩张器9#，尖圆头；子宫颈扩张器：9.5#，尖圆头；子宫颈扩张器：4#，尖圆头；子宫颈扩张器4.5#，尖圆头；子宫颈扩张器：5#，尖圆头；子宫颈扩张器：5.5#，尖圆头；子宫颈扩张器：6#，尖圆头；子宫颈扩张器：6.5#，尖圆头；子宫颈扩张器：7#，尖圆头；长弯钳：250，弯头有 齿		
16	遗传咨询门诊	电子血压计	测量方法：示波法；显示方法：LCD 显示；测量范围：血压：0-300mmHg，脉搏数：40-200 次/分；测量位置：上臂；压力检测：半导体压力传感器；精确度：血压：±3 mmHg 以内，脉搏：读取数值的+5%以内；加压：压力泵自动加压方式；减压：电磁控制阀自动减压系统；便携性：有便携把手设计；*听诊方法：有，可通过按键记录，实现测量值显示并储存；不规则脉搏检测：图标灯亮显示；*身体移动检测：有，测量过程中身体移动检测功能，提高检测的成功率和精确度；*适合臂周：12cm-50cm；背光灯显示：有，病房黑暗环境中测量数据可清晰读取；*防震、防水设计：有，可实现全机身及袖带的酒精擦拭消毒；电源电压：交直流两用，内置充电电池；电击防护 ii 类设备，内部电源；压力单位：mmHg 和 Kpa 两种模式互选	台	1
17	生殖中心	无菌物品柜	1、整体采用不锈钢材质，防水防锈；2、一体式焊接设计，更好保护管材与板面的链接，避免长时间使用后变形，焊接处进打磨抛光，无毛刺，不划手；3、配备静音万向轮，移动方便；4、抽屉配备隐藏式拉手，抽拉方便，小柜配备锁具，防止误使用 5、规格：长*宽*高 1250*600*1000)	个	2

18	儿科门急诊	器械柜	1、不锈钢材质；2、①柜子总长 110 厘米，宽 50 厘米，高 200 厘米。要求上、下均设柜子，长 110 厘米，宽 50 厘米，高 90 厘米。里面设置 2 层隔板，平均分布。双开门，门为不锈钢材质。中间设置 2 个抽屉；3、②和③长 110 厘米，宽 50 厘米，高 200 厘米。要求下面设柜子，长 110 厘米，宽 50 厘米，高 90 厘米。里面设置 2 层隔板，平均分布。双开门，门为不锈钢材质。上面柜子长 110 厘米，宽 40 厘米，高 110 厘米，里面设置 4 层隔板，平均分布，不要门	台	3
19	内镜室	精密器械转运盒	打开方式：手动；用途：用于精密器械在清洗，消毒，包装及灭菌转运过程中的装载；尺寸容量 600*300*100CM；材质：耐高温环保高分子树脂注塑一次成型；用途：用于精密器械在清洗，消毒，包装及灭菌转运过程中的装载；适用于高温高压灭菌及低温灭菌耐受。	套	2
20	内镜室	内镜转运车	1. 1. 周转盘材料由高分子复合材料独立开模制成，车体由钢体喷塑而成；1. 2. 盘内内镜存放导航隔条使污染部位和非污染部分分离；1. 3. 双层设计使客户在使用过程中可将清洁和污染的内镜分层标明后置放，可达到高效周转，避免交叉感染等功效；1. 4. 槽盖材质，采用透明亚克力板材次成型，并配有手柄；1. 5. 四脚静音脚轮，两脚轮需带刹车，耐腐蚀、不沾水、车行顺畅、取放方便；（提供产品检测报告）；1. 6. 外形尺寸：≥600*500*950mm，（长宽高）；1. 7. 托盘规格：外尺寸≥450x620x110m，（长宽高）；2. 本项目质保期：≥3 年。保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过 5%（一年按 365 天计算，每年 18 天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修；3. 如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后 1 小时之内响应，3 小时内到达甲方现场（若无维修站点，24 小时内到达现场），48 小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。	辆	10
21	儿科病房	雾化工位	一、雾化器参数：1、喷雾速度≥0.4ml/min；2、压力范围：60KPA-210KPA；	个	8

			<p>3、*雾化杯残余液量$\leq 0.5\text{ml}$；</p> <p>4、正常工作时的整机噪音$\leq 65\text{dB(A)}$；5、雾化杯最大装药量 $8\text{ml} \pm 1\text{ml}$；</p> <p>6、连续工作时间不小于 4h；</p> <p>7、直径 $0.5\mu\text{m}-5\mu\text{m}$ 的雾化颗粒所占比例$\geq 60\%$；</p> <p>8、*雾化量可根据不同患者调节</p> <p>9、*雾化颗粒可针对上、下呼吸道不同患者从 $0.5\mu\text{m}-10\mu\text{m}$ 调节；</p> <p>二、视频播放器：1、全彩屏，显示屏≥ 15寸；</p> <p>2、可调节音量大小、切换视频；3、播放器内视频内容可随时进行更新；</p> <p>三、桌面：1、*板材甲醛释放限量符合《GB18580-2017》的要求，并提供无甲醛检测报告；2、桌体可拆装，安装简单、方便维护和修理；3、每个工位配备椅子一把；4 桌体配色大于 3 种颜色。</p>		
22	儿科门诊室	雾化工位	<p>一、雾化器参数：1、喷雾速度$\geq 0.4\text{ml}/\text{min}$；</p> <p>2、压力范围：60KPA-210KPA；</p> <p>3、*雾化杯残余液量$\leq 0.5\text{ml}$；</p> <p>4、正常工作时的整机噪音$\leq 65\text{dB(A)}$；5、雾化杯最大装药量 $8\text{ml} \pm 1\text{ml}$；</p> <p>6、连续工作时间不小于 4h；</p> <p>7、直径 $0.5\mu\text{m}-5\mu\text{m}$ 的雾化颗粒所占比例$\geq 60\%$；</p> <p>8、*雾化量可根据不同患者调节</p> <p>9、*雾化颗粒可针对上、下呼吸道不同患者从 $0.5\mu\text{m}-10\mu\text{m}$ 调节；</p> <p>二、视频播放器：1、全彩屏，显示屏≥ 15寸；</p> <p>2、可调节音量大小、切换视频；3、播放器内视频内容可随时进行更新；</p> <p>三、桌面：1、*板材甲醛释放限量符合《GB18580-2017》的要求，并提供无甲醛检测报告；2、桌体可拆装，安装简单、方便维护和修理；3、每个工位配备椅子一把；4 桌体配色大于 2 种颜色。</p>	个	5
23	内镜室	可移动升降床	<p>1.床面及护栏以 PE 材料模具成型，床身为高强度合金喷塑制作，轻盈、牢固；</p> <p>2.*护栏翻转抬起后，护栏板与床面间隙小于等于 10mm，防止坠床。PE 材料为一次原料，杜绝二次回料；3.护栏采用翻转式护栏，0 度-180 度，护栏锁紧装置为翻转卡槽式或锁紧设计；4.整体升降采用螺旋机构传动，升降范</p>	张	16

			<p>围广，操作轻松方便，安全可靠；5.床身面可在 0°~340mm 范围内升降，背部为进口气弹簧，背板 0°~70° 无极调节，升降灵活、稳定；</p> <p>6.全藏式 ABS 护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运；7.床身配有携带式氧气瓶架和可升降输液架；8.*整体手摇丝杆具有双向过盈保护装置，并有防尘罩，丝杆采用机器一次性冷挤压成型；9.床面配有活动防水软垫，配有两条约束带，可人工转移病人；10.中心制动万向轮，分别采用一脚中心质控，两定向，两万向功能：1 外部尺寸为：2000mm×640mm×(560~830)mm；</p>		
24	内镜室	心电监护仪	<p>一、监护参数：1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的III类医疗器械注册证；2.可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲 CSE 数据库测试，需提供证明文件</p> <p>3.支持选配同品牌呼末二氧化碳(EtCO2)：</p> <p>二、显示：1.8 英寸彩色显示屏，分辨率：800×600，支持同屏显示 12 道波形以同时观察丰富的信息（提供机器实物图片）</p> <p>2.*支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC 模式(需提供机器界面图片)三、数据：1.主机配备一个 VGA 或 HDMI 接口以及不少于 2 个 USB 口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U 盘储存等设备；2，支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控、防止恶意软件攻击。(需提供机器界面图片)</p> <p>3.支持 AES128 位加密和 TLS256 位数据传输加密。(需提供机器界面图片)；</p> <p>四、性能特点：主机重量<2.5kg：2.在任何滤波模式下均可监测 ST 值。提供心电 ST 段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的 S 实时片段和参考片段。需提供证明文件)；3.在诊断模式下，支持 94dB 的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于 105dB 的共模抑制比。(需提供图片和厂家证明文件)：4.支持 0.6Hz 的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。(需提供机器界面图片)：5.支持 29 种心律失常分析，包括房颤分析、肢</p>	台	5

			<p>体低电压,满足心电监护临床应用.(需提供机器界面图片): 6. QT 和 Tc 实时监测参数测量范围: 200~800ms.(需提供机器界面图片): 7. 无创血压成人测量范围: 收缩压 25~290mmHg, 舒张压 10~200mmHg。(需提供机器界面图片): 8. 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔,间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。(需提供机器界面图片): 9. 同品牌具备多参数数字遥测监护产品(多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书),支持未来科室的遥测监护系统升级需求,可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网: 10. 支持用户自行安装激光打印机驱动。(需提供机器界面图片): 11. 具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置,能够分别显示且同时显示两种报警,有利于医护人员远距离辨识报警情况: 12. 屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方,按键受力位置低,避免机器左右移动。避免造成机器移动倾倒; 13 电池舱门需采用螺钉固定,避免误开舱门意外掉电,保障供电稳定性; 监护仪设计使用年限 8 年。提供机器标贴照片作为证明资料)</p>		
东院区部分科室增补器械采购(二)					
1	儿科一病区	LED 平板灯(悬挂式吊臂)	1、型号:吊臂灯(含LED环形灯和吊臂); 2、摇臂固定于墙上,可折叠,多角度照射; 3、开关类型:调光开关; 4、电压:220V; 5、可任意调节明暗度。	个	1
2	儿科二病区	LED 平板灯(悬挂式吊臂)		个	1
3	医疗护理服务站	生物安全运输箱	<p>一、功能用途:生物安全运输箱主要用于医疗机构内转运患者血液、体液、病理切片、核酸检测标本及血液制品,为保证各种样本、标本从采集地到检测单位转运过程中的质量而装备的储存、运输冷藏设备,使标本从采集、贮存、运输到使用的整个过程有妥善的冷藏设备,使样本始终置于规定的保冷状态下,保证样本标本的属性不受损害; 二、材质要求:内胆:PP,外壳:PE,隔热层:聚氨酯发泡;内置冰排,保温保冷,冷藏箱内温度 2℃-8℃保冷≥24 小时,防水、防破损、防外泄、耐高(低)温、耐高压; 四、所需尺寸:(1)外尺寸:长 400x 宽 240x 高 300mm,内尺寸:长 306x 宽 170x 高 230mm,容积:12L,5 个;(2)</p>	个	10

			外尺寸：长 420x 宽 285x 高 345mm，内尺寸：长 345x 宽 225x 高 260mm，容积：20L			
4	儿科门急诊	监护仪支架	1、产品材质要求高档铝合金材质，耐腐耐用，360 度旋转表面氧化永不脱漆；2、可承重量：20 公斤；3、托盘可以 360 度旋转，带 15 度上下仰角，带自锁有轨平台装置，仪器可自由插拔移动，使用方便；4、可以满足不同型号监护仪使用。	台	4	
5	儿科门急诊	氧气瓶推车（小）	1. 304 不锈钢材料制作；2. 装脚轮四只，后支撑轮架可折叠；3. 推车架配有牛皮带两根作固定氧气瓶用；4. 外形尺寸：430mmx500mx1295mm。	个	1	
6	营养科	双开门消毒柜	容量 600-800L	台	1	
7	儿科门急诊	儿童袖带血压计		个	6	
8	儿科一病区	电子血压计	测量方法：示波法；显示方法：LCD 显示；测量范围：血压：0-300mmHg，脉搏数：40-200 次 / 分；测量位置：上臂；压力检测：半导体压力传感器；精确度：血压：±3mmHg 以内，脉搏：读取数值的 +5% 以内；加压：压力泵自动加压方式；减压：电磁控制阀自动减压系统；便携性：有便携把手设计；* 听诊方法：有，可通过按键记录，实现测量值显示并储存；不规则脉波检测：图标灯亮显示；* 身体移动检测：有，测量过程中身体移动检测功能，提高检测的成功率和精确度；* 适合臂周：12cm-50cm；背光灯显示：有，病房黑暗环境中测量数据可清晰读取；* 防震、防水设计：有，可实现全机身及袖带的酒精擦拭消毒电源电压：交直流两用，内置充电电池；电击防护：ii 类设备，内部电源；压力单位：mmHg 和 Kpa 两种模式互选。		2	
9	心内二	电子血压计				1
10	呼吸与重症	电子血压计				1
11	内分泌	电子血压计				2
12	肿瘤外科二病区	电子血压计			台	1
13	肿瘤外科一病区	电子血压计			台	3
14	营养科	冰箱（展示柜）	立式透明门；总有效容积：160-190L 及 210-240L	台	2	
15	心内二	注射泵（双）	产地：国产；货物名称：注射泵；泵工作系统：电机机构驱动丝杆、螺母，转化为螺母的直线运动；注射速度：5ml 注射器：0.1ml / h~150.0ml / h；10ml 注射器：0.1ml / h~300.0ml / h；20ml 注射器：0.1ml / h~600.0ml / h；30ml 注射器：0.1ml / h~900.0ml / h；50ml 注射器：0.1ml / h~1800ml / h；0.1ml / h~999.9ml / h，递增、递减量为 0.1ml / h；1000ml / h~1800ml / h，递增、递减量为 1ml / h；快注速度 5ml 快注速度为 75.0~150.0ml / h		4	

			<p>可调；10ml 快注速度为 150.0~300.0ml / h 可调；20ml 快注速度为 300.0~600.0ml / h 可调；30ml 快注速度为 450.0~900.0ml / h 可调；50ml 快注速度为 900.0~1800ml / h 可 调；注射量设置范围 0.1ml~9999ml；剂量设 定范围 0.01~99.99mg/kg/h； 0.01~99.99 $\mu\text{g} / \text{kg} / \text{min}$；体重设定范围 0.1~300.0kg； 药物设定范围 0.1~500.0mg；注射量累计显 示范围 0.00~9999ml；注射时间累计显示范 围 00h01min~99h59min；报警功能：控制异 常、系统故障、无电池、电池耗尽、延长管脱 落、注射器脱落、阻塞、推杆错位、捏手错位、 注射完成、注射推空、暂停超时、电池欠压、 市电中断、即将推空；显著特点大 TFT 彩色液 晶屏显示，全中文菜单，适用国内 50ml、30ml、 20ml、10ml、5ml 规格注射器；注射精度：注 射速度$\geq 1.0\text{ml} / \text{h}$，精度$\leq \pm 2\%$；注射速度 $< 1.0\text{ml} / \text{h}$，精度$\leq \pm 10\%$；* 软件可以设定 储存十五种普通注射器参数；注射模式：流速 模式、时间模式、体重模式（“$\text{mg} / \text{kg} / \text{h}$”）、 体重模式（“$\mu\text{g} / \text{kg} / \text{min}$”），四种模式可 任选；注射累计有量和时间的累计；* 抢救病 人中改变注射速度无须停机，为临床赢得时 间；* 抢救病人中快速注射无须停机，为临床 赢得时间；采用文字显示、声、光报警方法， 全部报警功能必须在液晶屏上以中文方式清 晰提示；清除已注射量功能：按下清零“C” 键约 0.5 秒便可清除输入液量的读数；* 有延 长管脱落报警，必须具有相应知识产权；* 有 双道连注功能（linkage 模式），必须具有相 应知识产权；内置电池应急自动切换；充足电 可连续使用不小于 4 小时；* 阻塞压力值根据 使用科室的需要进行 1-15 档调节，独立菜单 界面操作；* 具有供电失效提示功能，提高注 射可靠性；静脉开通（KVO）功能：当注射量 到达预先设定的注射限度时，保持静脉开通的 功能使注射泵以低流量（0.1~5.0ml / h）持 续注射；操作条件温度：$+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$，相 对湿度 20%~90%；电源供应 交流： a. c. 100V-240V 50Hz / 60 Hz；功率$\leq 35\text{VA}$； 重量$\leq 3.0\text{kg}$；安全分类：I 类内部电源的 CF “ ”。</p>		
16	介入放射科	注射泵双泵	1、具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌	台	2

		<p>注射器；2、具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态；3、使用“爪式可开启”机构的注射器推杆；4、自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率： 10ml:0.1ml/h~400ml/h,20ml:0.1ml/h~600ml/h,30ml:0.1ml/h~900ml/h,50ml:0.1ml/h~1500ml/h；5、注射精度：$\leq \pm 2\%$（泵本身机械精度$\leq \pm 1\%$；6、具有三档阻塞报警阀选择：高800\pm200mm汞柱、中500\pm100mm汞柱、低300\pm100mm汞柱；7、报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档；8、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警；9、电气符合医院的工作要求，AC100~220V\pm10%，50~60Hz\pm1Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时；10、泵固定夹跟泵是一体化装置，不需要任何工具进行安装；11、泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90°旋转进行横竖固定；12、可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式；13、快进速度可设置，10ml：5~400ml/h,20ml：5~600ml/h,30ml：5~900ml/h,50ml：5~1500ml/h；*14、注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度；15、注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射；*16、延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，并10s报警提示，提高安全性；17、残余报警距离调整具有三种模式：“距离模式”、“时间模式”、“容量模式”；*18、具有通道休眠功能，防止误操作；*19、开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者：开机显示速度清零；20、支持30种注射器品牌；21、紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池还可以持续3分钟报警，更安全；22、具有限制量设定、输出量查询、KVO</p>		
--	--	--	--	--

			速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能；23、可选择和输液泵叠加组合成4-8通道输注集成系统,通过一条电源线输出；24、泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法；25、设备进液防护等级:IPX4；26、设备防电击安全等级:I类、CF型；		
17	营养科	颗粒粉末灌装机	包装范围1-70g,适用范围粉末	台	1
18	门诊手术室	拖鞋消毒柜	操控方式:机械式;容量:570L;面板材质:	台	2
19	介入手术室	拖鞋消毒柜	透明印花玻璃;电源类型:220V-50HZ;要求: 1. 门控开关:工作时意外打开柜门自动停止工作,防止臭氧泄露;2.可调支脚:可根据地面水平情况,旋转可调支脚,使柜体四脚平稳着地。	台	1
20	营养科	空气净化器	适用面积大于48平米	台	1
21	输血科	血小板聚集仪	产地:国产;数量:一台;技术参数及配置: 仪器功能:凝血和血小板功能动态分析检测; 样本类型:全血或抗凝血标本,检测用量≤1ml; *检测时间:≤30min 质量控制:数字化及曲线显示标准质控功能; *数据传输:可连接LIS/HIS; 质量控制:具备显示标准质控功能; 软件功能:中文专用系统软件,自动记录检测结果; *仪器配置:内置高能锂电池,在室温环境下满电时可工作≥4个小时。内置数据存储,断电情况下设备可自动保存≥200个检测数据。具有RFID读写装置,能扫描试剂盒电子标签,自动识别型号、生产时间及效期,具备提示功能。	台	1
口腔科门诊增补器械					
1	吸唾管	吸引管	ST102	项	10
2	唇颊牵开器	组织拉钩	CR102	把	10
3	高速气涡轮手机	45度高速手机	1.45度仰角设计;2.陶瓷轴承;3.卫生机头系统,三点排污;4.最大功率:21W*5.转速:380000-450000/min;5.按压式取针;6.四孔接口;7.头部直径≤Φ;11.2xH13.4mm	台	10
4	高速气涡轮手机	高速手机	1.按压换针式;2.陶瓷轴承;3.卫生机头系统,三点排污;4.最大功率:20W;5.转速:300000-400000/min;6.四孔接口;7.头部直径≤Φ;11.2xH13.4mm;8.扭矩≥22N.cm。	台	60
5	拔牙钳	成人拔牙钳	18R#	把	3

6	拔牙钳	成人拔牙钳	1#	把	3
7	拔牙钳	成人拔牙钳	17#	把	3
8	拔牙钳	成人拔牙钳	18L#	把	3
9	拔牙钳	成人拔牙钳	222#	把	3
10	拔牙钳	成人拔牙钳	65#	把	3
11	拔牙钳	成人拔牙钳	32#	把	3
12	拔牙钳	成人拔牙钳	150#	把	3
13	拔牙钳	成人拔牙钳	48#	把	3
14	拔牙钳	成人拔牙钳	18R#	把	3
15	拔牙钳	成人拔牙钳	69#	把	3
16	拔牙钳	成人拔牙钳	69#	把	3
17	拔牙钳	成人拔牙钳	46#	把	3
18	拔牙钳	成人拔牙钳	18L#	把	3
19	拔牙钳	成人拔牙钳	8#	把	3
20	拔牙钳	成人拔牙钳	151#	把	3
21	拔牙钳	成人拔牙钳	10#	把	3
22	拔牙钳	成人拔牙钳	210#	把	3
23	拔牙钳	儿童拔牙钳	3#	把	3
24	拔牙钳	儿童拔牙钳	5#	把	3
25	拔牙钳	儿童拔牙钳	1#	把	3
26	拔牙钳	儿童拔牙钳	2#	把	3
27	拔牙钳	儿童拔牙钳	2#	把	3
28	拔牙钳	儿童拔牙钳	5#	把	3
29	拔牙钳	儿童拔牙钳	8#	把	3
30	拔牙钳	儿童拔牙钳	6#	把	3
31	持针钳	持针器 (J32030)	细针 14cm	把	5
32	持针钳	持针器 (J32110)	细针 18cm	把	5
33	牙根尖挺	大手柄牙根尖挺	HE1 (KRE1)	把	5
34	牙根尖挺	大手柄牙根尖挺	HE3 (KRE3)	把	5
35	牙根尖挺	大手柄牙根尖挺	HE2 (KRE2)	把	5
36	牙挺	大手柄牙挺	KEC5 (弯 6#)	把	5
37	牙挺	大手柄牙挺	KES3 (直 2#)	把	5
38	牙挺	大手柄牙挺	KEC4 (弯 5#)	把	5
39	牙挺	大手柄牙挺	KEC3 (弯 4#)	把	5
40	牙挺	大手柄牙挺	KES2.5 (直 1#)	把	5
41	粘固粉填充器	粘固粉填充器 (K25400)	3# (锄形)	把	30
42	不做医疗器械管理	粘固粉填充器 (K21050)	1# (宽)	把	30
43	医用镊	敷科镊 (J42020)	14cm	把	30
44	医用镊	敷科镊 (J42050)	20cm	把	20
45		手术刀柄	3#		10

		(J11010)			
46		树脂修整器	E1	把	20
47	牙刮匙	双头锐匙 (K24240)	1#	把	30
48	牙刮匙	双头锐匙 (K24250)	2#	把	30
49	牙用探针	双头探针 (K23040)	5#	把	10
50	剔挖器	剔挖器 (K25220)	(头宽 1) 1#	把	5
51	剔挖器	剔挖器 (K25230)	(头宽 1.2) 2#	把	5
52	剔挖器	剔挖器 (K25250)	(头宽 1.6) 4#	把	5
53	无	雕刻刀 (K21130)	46# (雕刀)	把	10
54	J31020	止血钳 (J31020)	弯 12.5cm	把	20
55	J31060	止血钳 (J31060)	弯 14cm	把	20
56	牙挺	丁字挺 (k24070)	1#	把	2
57	牙挺	丁字挺 (k24080)	2#	把	2
58	牙挺	丁字挺 (k24090)	3#	把	2
59	牙挺	丁字挺 (k24100)	4#	把	2
60	牙用分离器	牙骨膜分离器 (K25500)	1# (20cm 扁柄直)	把	15
61	牙用分离器	牙骨膜分离器 (K25510)	2# (20cm 扁柄弯)	把	5
62	牙用分离器	牙龈分离器 (K25520)	18cm	把	10
63	牙用镊	牙用镊	双弯无定位	把	20
64	牙周器械包	牙周器械包	4×1	套	6
65	眼用剪	眼科剪	直 10cm	把	20
66	无针注射推进器	金属注射器	KAS CW (钩头)	支	2
67	拔牙刀	微创拔牙套装		个	2
68	无	大方盘 (放拔牙钳用)		个	10
69	无	棉花缸		个	20
70	无	镊子筒		个	20
71	口腔开口器	带柄式	J50320	个	6
72	口腔开口器	横式	J50340	个	2
73	手用镍钛挫	Protaper 系统	21mm ()	套	15
74	手用镍钛挫	Protaper 系统	25mm ()	套	15
75	机用单只挫	Wave one	1. 单支锉完成根管预备工作; 2. 独特的镍钛加热处理; 3. 变锥设计适合多种根管结构; 4. 正反双向旋转, 增加切割效率; 黄标 21mm	板	10
76	机用单只挫	Wave one	1. 单支锉完成根管预备工作; 2. 独特的镍钛	板	10

			加热处理；3. 变锥设计适合多种根管结构； 4. 正反双向旋转，增加切割效率；黄标 25mm		
77	机用单只挫	Wave one	1. 单支锉完成根管预备工作；2. 独特的镍钛加热处理；3. 变锥设计适合多种根管结构； 4. 正反双向旋转，增加切割效率；红标 25mm	板	10
78	机用单只挫	wave one	1. 单支锉完成根管预备工作；2. 独特的镍钛加热处理；3. 变锥设计适合多种根管结构； 4. 正反双向旋转、增加切割效率；红标 21mm	板	10.00
79	洁治头		(龈上)	只	10
80	洁治头		(龈下)	只	10
81	调拌玻璃板			块	20
82	牙周探针		K23130	把	6
83	根尖挺		K24140	把	5
84	牙骨锤		K22220	把	3
85	镍钛挫架			只	20
86	树脂充填枪			把	20
87	垂直加压器		BL-S 50/100	把	10
88	垂直加压器		BL-S 40/80	把	10
89	不锈钢 K 挫	21mm	10/15/20/25/30	盒	50
90	不锈钢 II 挫	21mm	10/15/20/25/30	板	50
91	不锈钢 H 挫	25mm	10/15/20/25/30	板	50
92	不锈钢 H 挫	25mm	10/15/20/25/30	板	50
93	电动吸引器			台	2
口腔修复正畸室增补器械					
1	温氏钳				
2	末端回弯钳			个	2
3	钳架			个	2
4	细丝切断钳			个	2
5	转矩成型钳			个	2
6	末端切断钳			个	2
7	梯形钳			个	2
8	鹰嘴钳			个	2
9	小日月钳			个	2
10	游离钩专用钳			个	2
11	去带坏钳			个	2
12	隐形水平钳			个	2
13	隐形水滴钳			个	2
14	隐形打孔钳			个	2
15	隐形垂直钳			个	2

16	托槽去除钳			个	2
17	分牙皮圈钳			个	2
18	带环推压器			个	2
19	方丝成型器			个	2
20	水平拉钩			个	2
21	侧方拉钩			个	2
22	反光板			个	2
23	点焊机			个	2
24	齿科打磨机			个	2
25	真空成形器			个	2
26	反向夹持镊			个	2
27	齿科测力计			个	2
28	焊枪			个	2
29	面前方牵引装置			个	2
30	无菌缸			个	10
31	持物缸			个	10
32	持物镊			个	10
33	光固化机			个	4
34	高速气涡轮手机			把	25
35	慢速弯机头			把	12
36	慢速直机头			把	20
东院区急诊科增补器械					
1	手术剪直尖	手术剪	140, 直尖		54
2		手术剪	160, 直尖		4
3	手术剪弯尖	手术剪	140, 弯尖		85
4		手术剪	160, 弯尖		4
5	拆线剪	拆线剪	140x40		40
6	全齿直止血钳	止血钳	125, 直蚊, 全齿		18
7		止血钳	140, 直, 全齿		101
8		止血钳	160, 直, 全齿		36
9		止血钳	180, 直, 全齿		22
10	全齿弯止血钳	止血钳	125, 弯蚊, 全齿		63
11		止血钳	140, 弯, 全齿		91
12		止血钳	160, 弯, 全齿		60
13	持物缸	不锈钢镊子筒	80x200, 有盖, 大号		11
14		海绵钳	250x10, 弯有齿		11
15	无菌缸	不锈钢药膏缸	Φ100x100		12
16		不锈钢药膏缸	Φ90x90		5
17	弯盘(腰子盘)	不锈钢腰子盘	190x115x25, 浅型		8
18	舌钳	舌钳	170, 直		8
19	开口器(丁字/钳式)	丁字式开口器	130		8

20	压舌板	压舌板	160, 直形	8
21	湿化瓶	湿化瓶	氧气鼻导管	90
22	弯盘	不锈钢腰子盘	190x115x25, 浅型	141
23	无齿镊 (敷料镊)	医用镊	160, 直	77
24	髂骨穿刺针 12#	骨穿刺针 12#	1.2X60	2
25	髂骨穿刺针 16#	骨穿刺针 16#	1.6X70	2
26	腰椎穿刺针 7#	腰椎穿刺针 7#	0.7X80	8
27	腰椎穿刺针 8#	腰椎穿刺针 8#	0.8X35	8
28	腰椎穿刺针 9#	腰椎穿刺针 9#	0.9X40	8
29			0.9X90	8
30	换药碗	不锈钢换药碗	Φ160	16
31	胸腔穿刺针 12#	胸腔穿刺针 12#	1.2X60	16
32	胸腔穿刺针 16#	胸腔穿刺针 16#	1.6X70	16
33	有齿镊 (组织镊)	组织镊	160, 1x2 钩	51
34	4# 刀柄	手术刀柄	4#	69
35	持针钳	持针钳	140, 直, 细针	20
36		持针钳	160, 直, 细针	49
37	器械篮筐	编网筐带盖	340x250x70	4
38	药杯	不锈钢服药杯	50ml	4
39	甲状腺直角拉钩	甲状腺拉钩	(117, 120) 一副	8
40	吸引管	脑吸引管	250xΦ4, 可控缩口	4
41	气管扩张钳	气管扩张钳	150, 弯型	4
42	膝状镊	耳用膝状镊	110	4
43	3# 刀柄	手术刀柄	3#	4
44	组织钳	组织钳	180, 直	8
45	帕巾钳	帕巾钳	140, 尖头	16
46	海绵钳	海绵钳	180x12, 弯有齿, 扁桃体	4
47	乳突牵开器	乳突牵开器	170x18, 固定式 3x4 钩, 直型	4
48	穿刺针 7#	经皮穿刺针	0.7*80 (鼓膜)	4
49	有齿镊	组织镊	140, 1x2 钩	20
50	无齿镊	医用镊	140, 直	20
51	拉钩	皮肤拉钩	130x0.3x5, 锐, 双齿	40
52	测压管	测压管		10
53	呼吸机湿化罐	呼吸机湿化罐		32
54	呼吸机 L. 型硅胶管路	呼吸机 L. 型硅胶管路		30
55	动脉血管夹	显微止血夹	30x1, 弯, 结合式	3
56		显微止血夹	37x1, 直, 结合式	3
57	静脉血管夹	显微止血夹	30x2, 直, 横齿, 反力式	3
58		显微止血夹	40x2, 直, 横齿, 反力式	3
59	钛合金显微镊子	显微镊	140x0.3, 直型, 圆柄	12
60	显微持针钳	显微持针钳	140x0.4, 直型	3

61		显微持针钳	140x0.4, 弯型		3
62	显微剪刀	显微组织剪	140, 直型, 带齿簧式圆柄		3
63		显微组织剪	140, 弯型带齿簧式圆柄		3
64	克氏针	骨牵引针	Φ3x250		3
65		骨牵引针	Φ35x250		3
66	不锈钢骨锤	骨锤	220/270g		3
67	骨刀	骨刀	300x6, 直, 超薄刃, 圆刃, 圆座型, 胶木柄		3
68		骨刀	300x8, 直, 超薄刃, 圆刃, 圆座型, 胶木柄		3
69		骨刀	300x10, 直, 超薄刃, 圆刃, 圆座型, 胶木柄		3
70	不锈钢咬骨钳	咬骨钳	160x3x20°, 弯头, 双关节		3
71		咬骨钳	180x3x20°, 弯头, 双关节		3
72	老虎钳	骨克丝钳	210xΦ2, 虎头		3
73	老虎钳(尖嘴)	骨克丝钳	200xΦ2, 尖头, 厚腮		3
74	骨挫	骨挫	220, 1#, 直, 单头		3
75		骨挫	250, 单头		3
76	不锈钢布朗氏架	骨用牵开器	布朗式		10
77	骨科不锈钢斯氏牵引弓	夹持器	255, 小号, 斯式		6
78		夹持器	中号, 斯式		6
79		夹持器	大号, 斯式		6
80	骨科牵引砣		1KG		10
81			2KG		10
82			5KG		10
83	骨科牵引钩	骨用牵开器	床头		10
84	半环形露骨牵引器	颅骨牵引器	I型, 小号		2
85		颅骨牵引器	II型		2
86		颅骨牵引器	III型		2
87	扳手	扳手	/		4
88	显微外科拉钩	皮肤拉钩	160x4, 锐, 单钩		4
89	不锈钢直尺	医用尺	200		4
90		医用尺	150		4
91	清创车	清创车			2
东院区急诊抢救室增补器械					
1	急救包	不锈钢腰子盘	190x115x25, 浅型		4
2		舌钳	170, 直		4
3		丁字式开口器	130		4
4		压舌板	160, 直形		4
5	骨穿包	不锈钢腰子盘	190x115x25, 浅型		1
6		医用镊	160, 直		1
7		经皮穿刺针	1.2*30		1
8		经皮穿刺针	1.6*30		1
9	腰穿包	医用镊	160, 直		1
10		不锈钢腰子盘	190x115x25, 浅型		1

11		腰椎穿刺针 9#	9#		1
12		腰椎穿刺针 7#	7#		1
13		腰椎穿刺针 9#	9#		1
14		腰椎穿刺针 8#	8#		1
15	胸穿包	不锈钢腰子盘	190x115x25, 浅型		1
16		不锈钢换药碗	Φ160		1
17		医用镊	160, 直		1
18		止血钳	160, 弯, 全齿		1
19		经皮穿刺针	1.2*65 (胸穿)		1
20		经皮穿刺针	1.6*65 (胸穿)		1
21	腹穿包	不锈钢腰子盘	190x115x25, 浅型		1
22		不锈钢换药碗	Φ160		1
23		医用镊	160, 直		1
24		止血钳	160, 弯, 全齿		1
25		经皮穿刺针	1.2*65 (胸穿)		1
26		经皮穿刺针	1.6*65 (胸穿)		1
27	创伤处置包	不锈钢腰子盘	190x115x25, 浅型		20
28		组织镊	160, 1x2 钩		20
29		医用镊	160, 直		20
30		手术刀柄	3#		20
31		手术剪	140, 直尖		20
32		持针钳	160, 直, 细针		20
33		止血钳	160, 弯, 全齿		20
34		止血钳	160, 直, 全齿		20
35		止血钳	125, 弯蚊, 全齿		2
36		止血钳	125, 直蚊, 全齿		20
37	气管切开包	编网筐	340x250x70		1
38		不锈钢腰子盘	190x115x25, 浅型		1
39		不锈钢服药杯	50ml		1
40		甲状腺拉钩	(117, 120) 一副		2
41		吸引管	250xΦ4, 可控缩口		1
42		气管扩张钳	150, 弯型, 三翼		1
43		耳用膝状镊	110		1
44		组织镊	160, 1x2 钩		1
45		医用镊	160, 直		1
46		手术刀柄	3#		1
47		手术刀柄	4#		1
48		手术剪	140, 直尖		1
49		手术剪	160, 弯尖		1
50		持针钳	160, 直, 细针		1
51		组织钳	180, 直		2
52		帕巾钳	140, 尖头		4

53		海绵钳	180x12, 弯有齿, 扁桃体		1
54		止血钳	160, 弯, 全齿		1
55		止血钳	140, 弯, 全齿		4
56		止血钳	140, 直, 全齿		4
57		止血钳	125, 弯蚊, 全齿		4
58		止血钳	125, 直蚊, 全齿		4
59	置管包	不锈钢腰子盘	190x115x25, 浅型		1
60		不锈钢换药碗	Φ160		1
61		组织镊	160, 1x2 钩		1
62		医用镊	160, 直		1
63		持针钳	160, 直, 细针		1
64		手术剪	140, 直尖		1
65		止血钳	140, 弯, 全齿		1
66		止血钳	140, 直, 全齿		1
67		止血钳	125, 弯蚊, 全齿		1
68		止血钳	125, 直蚊, 全齿		1
69	心包穿刺包	不锈钢腰子盘	190x115x25, 浅型		1
70		组织镊	160, 1x2 钩		1
71		医用镊	160, 直		1
72		止血钳	125, 弯蚊, 全齿		1
73		止血钳	125, 直蚊, 全齿		1
71		穿刺针 7#			2
东院区门诊换药室增补器械					
1	持物缸	不锈钢镊子筒	80x200, 有盖, 大号		10
2	持物钳	海绵钳	250x10, 弯有齿		10
3	无菌缸	不锈钢药膏缸	Φ90x90		12
4	直钳	止血钳	125, 弯蚊, 全齿		20
5	拆钉器	取钉器	Φ7, 丁字手柄		2
6	蚊式弯钳	止血钳	125, 弯蚊, 全齿		15
7	蚊式直钳	止血钳	125, 直蚊, 全齿		20
8	眼科剪	眼用剪	100, 弯尖		10
9	眼科镊	眼科镊	100, 直有钩		10
10	整形钳直	眼科镊	110x04, 直, 无钩		2
11	整形钳直	眼科镊	110x0.4, 直, 有钩		2
12	整形钳直	整形镊	120x0.6, 直, 有钩		2
13	大刮匙	眼用刮匙	125xΦ1.5		4
14	小刮匙	眼用刮匙	125xΦ3.5		4
15	无齿镊	医用镊	220, 直		24
16	无齿镊	医用镊	180, 直		24
17	有齿镊	组织镊	140, 1x2 钩		10
18	持针器	持针钳	140, 直, 粗针		10
19	刀柄	手术刀柄	3#		10

20	组织钳	组织钳	140, 直		10
21	大直钳	止血钳	200, 弯, 全齿		2
22	大弯钳	止血钳	200, 直, 全齿		2
23	大持针器	止血钳	160, 弯, 全齿		2
24	中直钳	止血钳	160, 直, 全齿		2
25	中弯钳	持针钳	220, 直, 粗针		2
26	嵌甲剪刀	咬骨剪	180, 弯, 双关节		2
27	剥离子	骨膜剥离器	180x4x5, 弯 / 弯, 双头		2
病理实验室增补器械					
1	实验室用水水机		产地: 国产 / 进口; 数量: 1 台; *1、水质符合分析实验室用水规格和试验方法 GB / T6682-2008) 国标相关标准要求, 提供第三方技术认证文件和水质检测报告: *2、主机制水量 ≥300L / H: 3、模块化无菌水箱储水容积 ≥400L, 卫生级 PE 材质, 水箱厚度 ≥7mm: 4、机柜材质为 ABS+喷塑, 玻璃检视窗查看流量、压力等相关信息。符合国标 GLP 认证的一体化整机设计, 采用一体化模块化高度集成技术, 产品符合 IP54 标准: 5、10 英寸触摸彩色显示屏, 水质管理可追溯: 6、双柱模块化一体式设计提高纯化效率, 降低消耗成本。7、模块化全封闭水电分离。杜绝漏电, 保障生产安全: 8、双机制水, 双核主机错时循环冲洗, 智能控制: 9、主机操作配备安全权限电子钥匙: 10、有电压安全保护、微型断路器保护、泵热超载保护, 出水水质报警、所有过滤单元耗材更换提醒: 11、有防溢流、防泄漏保护: 12、流量在线监测及用水计量装置, 可用水终端水质在线监测和用水计量。	台	1

二包

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
1	CR 柱式货架	1000*500*2000mm; 1. 材质: 设备通体采用 SUS304 不锈钢, 不锈钢管材厚度为 1.1mm。外观 美观大方、抗老化, 不生锈, 坚固耐用。(需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性盐雾测试报告)。2. 设备整体采用不锈钢管排列焊接制成, 透气性强, 安全性高, 不易生锈, 牢固耐用。3. 层数根据客户要求定制; 层高跟据 使用要求定制。4. 设备配备 4 个承重静音万向轮脚轮 (4 个带刹车), 移动方便, 灵活使用。(需提供脚轮测试报告和脚轮检验报告)。	台	3
2	CR 篮筐车 (含 5 个不锈钢篮筐)	650*420*1500mm; 材质: 国标 SUS304 型不锈钢, 不锈钢管材厚度为 0.9mm。 结构特点: 1、整体不锈钢管及不锈钢板经焊接 组装而成, 外型美观, 平整、端正、四角平行, 表面无锋棱、毛刺等明显 缺陷, 各焊接部件打磨平整光滑, 抛光均匀, 耐腐蚀, 不生锈。(需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不 锈钢板中性盐雾测试报告)。2、设计多层支架, 可摆放多个篮筐, 取用方便。3、底采用板面设计, 防止物品跌落, 稳定牢固, 适合放重物使用。4、脚轮采用医用超静音万向承重脚轮。安静、耐磨、使用灵活, 稳定性高, 方便护理人员使用。(需提供脚轮测试报告和脚轮检验报告)。	辆	2
3	CR 无菌物品柜 (2 开玻璃)	900*450*2000mm; 材质: 国标 SUS304 型不锈钢。不锈钢板材厚度为 0.8mm。 结构特点: 1、整体由不锈钢板及玻璃经焊 接、组装而成, 焊接部位都为机器人 焊接, 焊口平滑、工整, 抛光均匀, 耐腐蚀, 不生锈。(需提供 304 不锈 钢板 RoHS 测试报告、304 不锈 钢板中 性盐雾测试报告)。2、柜子门采用双扇对开嵌入式 玻璃设计, 透明度强, 美观整洁。(需 提供第三方检验机构出具的 拉手检验 报告)、(需提供第三方检验机构出 具的合页检验 报告)。3、柜子内置不锈钢隔板内, 含 4 块不锈钢隔板, 可以上 下自由调节, 方便耐用。4、柜体配有门锁, 可以满足不同需求 的使用。(需提供锁具的检验报告) (需提供柜子的第三方检验 报告)。	台	1
4	CR 无菌物品柜 (4 开玻璃)	900*450*2000mm; 材质: 国标 SUS304 型不锈钢。不锈钢板材厚度为 0.8mm。结构特点: 1、整体由不锈钢板及玻璃经焊 接、 组装而成, 外型美观, 平整、四 角平行, 表面无锋棱、毛刺等 明显缺陷, 各焊接部件打磨平整光滑, 抛光 均匀, 耐腐蚀, 不 生锈。(需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈 钢 板 中 性盐雾测试报告)。2、柜子分为上下二层, 柜子门 采用双扇 对开设计, 缝隙小。上层为 嵌入式玻璃设计, 透明度强, 下层 也 为嵌入式玻璃设计, 透明度强, 柜体 整体为不锈钢设计, 结 构牢固。(需 提供第三方检验机构出具的拉手检 验报告)、(需	台	4

		提供第三方检验机构 出具的合页检验报告)。3、柜子内置不锈钢隔板, 内含 4 块不锈钢隔板, 可以上下自由调节, 方便耐用。4、柜体上下两层分别配有门锁, 可以满足不同需求的使用。(需提供 锁具的检验报告) (需提供柜子的第三方检验报告)。		
5	CR 无菌物品柜 (2 开玻璃)	900*450*2000mm; 材质: 国标 SUS304 型不锈钢。不锈钢板材厚度为 0.8mm。结构特点: 1、整体由不锈钢板及玻璃经焊接、组装而成, 焊接部位都为机器人焊接, 焊口平滑、工整, 抛光均匀, 耐腐蚀, 不生锈。(需提供 304 不锈 钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中 性盐雾测试报告)。2、柜子门采用双扇对开嵌入式 玻璃设计, 透明度强, 美观整洁。(需 提供第三方检验机 构出具的拉手检验 报告)、(需提供第三方检验机构出 具的合页检验报告)。3、柜子内置不锈钢隔板内, 含 4 块不锈钢隔板, 可以上下自由调节, 方便耐用。4、柜体配有门锁, 可以满足不同需求的使用。 (需提供锁具的检验 报告) (需提供柜子的 第三方检验报告)。	台	2
6	CR 无门柜	1000*500*2000mm; 材质: 国标 SUS304 型不锈钢。不锈钢板材厚度为 0.8mm。(需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不 锈钢板中性盐雾测试报告)。结构特点: 1、整体由不锈钢板冲压, 经焊接、组装而成, 焊接部位都为机器人焊接, 焊口平滑、工整, 抛光均匀, 耐腐蚀, 不生锈。2、柜子内置固定不锈钢隔板, 内 含 4 块不锈钢隔板, 结实牢 固、方便耐用。3、层数根据客户要 求定制: 层高跟据使用要求定制。	台	2
7	CR 不锈钢桌子(双 抽屉、双 柜)	1200*600*800mm; 材质: 国标 SUS304 型不锈钢, 不锈钢板面 板材厚度为 0.8mm。结构特点: 1、整体不锈钢板经焊接组装而成, 外型美观, 平整、端正、四角平行, 表面无锋棱、毛刺等明显缺陷, 各焊接部件打磨平整光滑, 抛光均匀, 耐腐蚀, 不生锈。(需 提供 304 不锈 钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性 盐雾测 试报告)。2、设计 2 个抽屉其中两个带有锁具, 方便物品的存 放及提取。(需提 供锁具的检验报告和提供第三方检 验机构出 具的滑轨检验报告)。3、桌子下面采用柜体式支撑, 分为 2 个 柜体, 柜子为单开门储物柜, 拉手为拱桥式流线设计, 美观实用 具有良好的空间使用性, 方便医护人员的使用, 同时使桌子具备 更高的稳定 性和下方空间方便桌下的卫生保持。(需提供第三 方检验机构出具的拉 手检验报告)、(需提供第三方检验机构 出具的合页检验报告)。	张	4
8	CR 无门柜	1200*500*2000mm; 材质: 国标 SUS304 型不锈钢。不锈钢板材 厚度为 0.8mm。(需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不 锈钢板中性盐雾测试报告)。结构特点: 1、整体由不锈钢板冲压, 经焊接、组装而成, 焊接部位都为机器人焊接, 焊口平滑、工整, 抛光均匀, 耐腐蚀, 不生锈。=2、柜子内置固定不锈钢隔板, 内 含 4 块不锈钢隔板, 结实牢 固、方便耐用。3、层数根据客户 要求定制; 层高跟据 使用要求定制。	台	1
9	CR 柱式货架	1000*500*2000mm;	台	8

10	CR 无菌物品柜 (4 开玻璃)	900*450*2000mm;	台	2
11	CR 无菌物品柜 (2 开玻璃)	900*450*2000mm;	台	2
12	CR 无门柜 (4 层放物)	1150*500*2000mm; 材质: 国标 SUS304 型不锈钢。不锈钢板材厚度为 0.8mm。(需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性盐雾测试报告)。结构特点: 1、整体由不锈钢板冲压, 经焊接、组装而成, 焊接部位都为机器人焊接, 焊口平滑、工整, 抛光均匀, 耐腐蚀, 不生锈。=2、柜子内置固定不锈钢隔板, 内含 4 块不锈钢隔板, 结实牢固、方便耐用。3、层数根据客户要求定制: 层高跟据使	台	4
13	CR 篮筐车 (含 5 个不锈钢篮筐)	650*420*1500mm;	个	8
14	CR 柱式货架	1000*500*2000mm;	台	28
15	CR 柱式货架	1000*500*2000mm;	台	11
16	CR 无菌柜 (2 开玻璃)	900*450*2000mm;	台	2
17	CR 无门柜	1000*500*2000mm 材质: 国标 SUS304 型不锈钢。不锈钢板材厚度为 0.8mm。(需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性盐雾测试报告)。结构特点: 1、整体由不锈钢板冲压, 经焊接、组装而成, 焊接部位都为机器人焊接, 焊口平滑、工整, 抛光均匀, 耐腐蚀, 不生锈。=2、柜子内置固定不锈钢隔板, 内含 4 块不锈钢隔板, 结实牢固、方便耐用。3 层数根据客户要求定制: 层高跟据使	台	4
18	CR 实门柜 (4 开)	900*450*2000mm;	台	24
19	CR 无门柜	1150*500*2000mm; 材质: 国标 SUS304 型不锈钢。不锈钢板材厚度为 0.8mm。(需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性盐雾测试报告)。结构特点: 1、整体由不锈钢板冲压, 经焊接、组装而成, 焊接部位都为机器人焊接, 焊口平滑、工整, 抛光均匀, 耐腐蚀, 不生锈。2、柜子内置固定不锈钢隔板, 内含 4 块不锈钢隔板, 结实牢固、方便耐用。3、层数根据客户要求定制: 层高跟据	台	3
20	CR 无门柜 (层数均分)	1150*600*2000mm;	台	2
21	普通承重钢制货架	1750*500*2000mm;	台	2
22	普通承重钢制货架	1500*500*2000mm;	台	5
23	CR 柱式货架	1000*500*2000mm;	台	3

24	CR 篮筐车（含 5 个筐）（脱包间）	650*420*1500mm;	台	3
25	CR 套车	950*600*8500mm; 1、整体由优质 SUS304 不锈钢材质制成，不锈钢板面板材厚度为 0.8mm; 不锈钢管材厚度为 1.1mm。坚固耐用（需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性盐雾测试报告）。2、大车和中车均为单层设计，三面带有防护栏，小车为双层设计，双层面板，两层都带有防护栏，有效防止物品掉落，对整车也起到加固作用。3、车底配置医用静音万向耐磨脚轮，安静、耐磨、使用灵活，稳定性高（需提供脚轮测试报告和脚轮检验报告）。	套	18
26	CR 器械车 XD-202	700*450*850mm; 1、整体由优质 SUS304 不锈钢材质制成，不锈钢板面板材厚度为 0.8mm; 不锈钢管材厚度为 1.1mm。美观大方，抗老化，不生锈，坚固耐用。（需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性盐雾测试报告）。2、上面设计防护栏，有效防止物品掉落。一体化焊接成型，无缝隙，优质环保。3、双层设计，下层为板面，可以放置更多物品。4、车底配置医用静音万向耐磨脚轮，推动灵活，前行方便。（需提供脚轮测试报告和脚轮检验报告）	辆	18
27	CR 储槽架	360*460*960-1480mm; 整体由 SUS304 不锈钢材质制成，美观大方，抗老化，坚固耐用（需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性盐雾测试报告）。	个	13
28	CR 单臂升降托盘车	650*400*940-1040mm;	辆	18
29	CR 出刷器（12 位）	整体由 SUS304 不锈钢材质制成，美观大方，抗老化，坚固耐用（需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性盐雾测试报告）。	个	20
30	不锈钢脚踏（全不锈钢）	400*300*130mm: 1. 整体由优质 SUS304 不锈钢材质制成，不锈钢板面板材厚度为 1.9mm。美观大方，抗老化，坚固耐用（需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性盐雾测试报告）。2. 采用直流氩弧焊接，无缝隙，美观防锈，优质环保。3. 脚踏上层表面采用防滑不锈钢面，使用时防滑、静音，脚感舒适。4. 脚踏底部四脚装有防滑静音脚套，移动时静音。	个	72
31	不锈钢手术圆凳型	350*500~700mm; 材质: SUS304 优质不锈钢板材 1.5mm 厚，不锈钢管材厚度为 1.1mm。产品主要优点: 1. 该产品全 SUS304 不锈钢制作，产品强度高，经久耐用，美观大方;（需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性盐雾测试报告）; 2. 完美的焊接工艺，靠背牢固美观，三条腿稳定性好，使椅子对地面受力均匀、长期使用不会变形，易清洗，耐腐蚀; 3. 椅面为 304 不锈钢。（不锈钢手术圆凳均需要不带靠背）	个	56

32	不锈钢手术圆凳 型	350×500~700mm；材质：SUS304 优质不锈钢板材 1.5mm 厚，不锈钢管材厚度为 1.1mm。产品主要优点：1. 该产品全 SUS304 不锈钢制作，产品强度高，经久耐用，美观大方；（需提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性盐雾测试报告）；2. 完美的焊接工艺，靠背牢固美观，三条腿稳定性好，使椅子对地面受力均匀、长期使用不会变形，易清洗，耐腐蚀；3. 椅面为 304 不锈钢。（不锈钢手术圆凳均需要不带靠背）	个	72
33	CR 清创车 XD-223	600×420×800mm；1. 采用最新工艺结构设计，采用 SUS304 不锈钢材料，不锈钢板面板材厚度为 0.8mm；不 锈钢管 材厚度为 1.1mm，焊接而成，用料扎实，外观平整，光滑美观。（需提供 304 不锈 钢 板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性 盐雾测试报 告）。2、漏斗形设计，方便操作，易于清洗。3、不锈钢封闭式 掀盖设计，有效避免有菌污染，保持卫生干净。4、车底配置医 用静音万向耐磨脚轮，推动灵活，前行方便。（需提供脚轮 测 试报告和脚轮检验报告）	辆	1
34	CR 污物车 XD-242B（底：平 面）	600×800mm；1、整体采用采用 SUS304 不锈钢管焊 接制成，不 锈钢板面板材厚度为 0.8mm；不锈钢管材厚度为 1.1mm。（需提 供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性盐雾测试报 告）。2、整车圆形设计，美观大方，底部 采用平底设计，表面 无锋棱、毛刺等缺陷。3、污物车内部配蓝色污物袋（颜色 可选）， 材质为易清洁、防水材质，干净卫生。4、焊缝均匀牢固，无烧 损、冷裂、漏焊等缺陷，各焊接部位打磨平整光 滑，抛光均匀。 5、底部 4 个聚氨酯静音轮，脚轮 2 个带 刹坚固耐 用，可在平 整地面任意推动。（需提供脚轮测试报告和脚轮检验报告）	辆	40
35	CR 护理车 XD-240	1100×500×800mm；材质：整车采用采用 SUS304 不锈钢材料， 不锈钢板面板材厚度为 0.8mm；不锈钢管材厚度为 1.1mm。（需 提供 304 不锈钢板 RoHS 测试报告、304 不锈钢板中性盐雾测试 报告）。1. 左右两边结构。一侧放置护理车 袋，一侧开放式三 层不锈钢放物架。2. 车体侧方设计有管状拉手，实用美观（需 提供省级以上检验机构出具的拉手检验报告）3. 车体配有两个 配套污物袋，可替换使用，防水材质，易清洁。4. 脚轮采用 100mm 医用超静音脚轮，脚轮 2 个带刹车，污物袋 2 个安静、耐磨、承 重力强（需提供脚轮测试报告和脚轮检验报告）。	辆	18
36	豪华手术对接车	豪华手术对接车一套的配置：床面一个，内车外车架各一个。安 全工作荷载 170KG。而非普通的手术转运车	套	10
注：1、所有设备必须为 304 不锈钢；2、制作、送货前，须与相应科室进行对接确认。				

第四章 评标方法和标准

评分办法前附表

条款号	评审因素	评审标准	
2.1.1	资格评审	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合第二章“投标人须知”规定
	标准	落实政府采购政策满足的资格要求	符合第二章“投标人须知”规定
		本项目的特定资格要求	符合第二章“投标人须知”规定
		其他说明	符合第二章“投标人须知”规定
2.1.2	符合性	投标人名称	与营业执照一致
	评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”规定
		投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知”规定
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只有一个有效报价
		投标报价	报价均不超过预算价（最高限价）
		质量要求	符合第二章“投标人须知”规定
		交货及安装期	符合第二章“投标人须知”规定
		质保期	符合第二章“投标人须知”规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”规定

2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务部分：40 分 技术部分：40 分 综合部分：20 分
条款号	评分因素	评分标准
2.2.2(1) 商务部分 (40 分)	投标报价 (40 分)	<p>投标报价 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 40。</p> <p>(若投标报价明显低于其他投标人的投标报价或其报价无法正常履行合同的，评标委员会可对其投标报价提出质疑，投标人应对其报价做出澄清，并获得评委一致认可，若投标人不能提供相关资料证明其报价合理的，评标委员会将视同投标人低于成本价投标及恶意投标，其投标作废标处理。对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，对监狱企业、残疾人福利性等单位的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》(格式详见招标文件内《中小企业声明函》样本)。</p>
2.2.2(2) 技术部分 (40 分)	技术参数 40 分	<p>投标人所投产品的主要设备满足招标文件技术参数与要求，得基本分40分；</p> <p>1、不带*的技术指标，低于技术要求的(负偏离)每项在基本分基础上扣3分，扣完为止。</p> <p>2、带*的技术指标为必须满足项。</p> <p>注明：为防止虚假应标，技术参数中要求提供相应佐证材料的，需按要求提供。未按要求提供的，该项技术参数视为不满足，按对应分值扣分。</p>
2.2.2(3) 综合部分 (20 分)	业绩 (6 分)	投标人提供 2020 年 1 月 1 日以来的类似业绩项目的得 2 分，最多得 6 分。(以合同签订时间为准，投标文件附中标通知书、中标官网截图和合同扫描件，缺项不得分)
	质保期承诺 (2 分)	投标人符合质保期基本要求，且在满足货款支付方式的前提下，质保期每增加 1 年加 1 分，最多加 2 分。

	售后服务方案(4分)	<p>评委根据售后服务方案进行综合评价(包括售后服务方案、售后服务承诺等):</p> <p>(1) 售后服务方案详细、具体、可行,具有可操作性,得4分;</p> <p>(2) 售后服务方案基本合理但不全面,具有一定可操作性,得2分;</p> <p>(3) 售后服务方案不够全面,操作性不强,得1分;</p> <p>(4) 未提供得0分。</p>
	安装调试技术服务方案(4分)	<p>评委根据投标人提供的安装调试技术服务方案进行评分:</p> <p>投标人安装调试技术服务方案合理、可实施性强,得4分;</p> <p>投标人安装调试技术服务方案较合理、可实施性较强,得2分;</p> <p>投标人安装调试技术服务方案一般、有可实施性,得1分;</p> <p>未提供方案,得0分。</p>
	培训方案(4分)	<p>评委根据投标人提供的培训方案进行评审:</p> <p>投标人培训方案完整,培训内容全面、计划清晰,得4分;</p> <p>投标人培训方案较完整,培训内容较全面、计划较清晰,得2分;</p> <p>投标人培训方案完整性一般、培训内容一般、计划一般,得1分;</p> <p>未提供方案,得0分。</p>

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目,多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的,按前款规定处理,否则,视为按多家投标人计算(非单一产品采购时适用)。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章详细评审标准进行打分,本项目按综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,以技术标得分高的优先。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足3个的,评标委员会应予废标。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 综合部分：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的投标人才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。**有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。**

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确

的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果同时在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》公示。

第五章 合同

信阳市中心医院采购合同

(货物类)

合同编号：202*****

项目名称：***医学装备采购合同

甲方（买方）：信阳市中心医院

乙方（卖方）：***有限公司

合 同 书

编号：

甲 方：信阳市中心医院

乙 方：

甲方对工作所需的医学装备进行公开招标（采购项目编号：信财公开招标- ），乙方为中标单位，现依据招投标文件，签订以下合同条款：

一、 设备名称、规格型号、生产厂家、数量、中标单价、中标金额

设备名称	规格型号	生产厂家	数量	中标单价 (万元)	中标金额 (万元)
合计： 元（大写： ） （包含设备款、包装费、运输费、安装调试费、培训费、保修服务费、税金等所有费用）					

二、付款方式

1. 本合同金额为： （大写： ），此价格为含税价；
2. 合同签订后，甲方（采购方）向乙方（中标方）支付合同金额的 40%，即人民币： 元（大写： ），以发票开具金额为准，三个工作日内付款；
3. 安装完成并验收合格支付至合同金额 100%，即人民币 元（大写： ）（注：验收完成后，乙方需提供合同价 10% 的银行保函，作为质量保修期内的质量保修的履约保证，保函期限与质量保修期相同，甲方收到银行保函后，付至合同金额的 100%）。

三、工作条件

- 1、乙方所供产品可在温度-20℃-50℃、相对湿度≤90%环境下运输。
- 2、乙方所供产品可在电源 220 伏（±10%）、50 赫兹，室温度 0-40℃，相对湿度 90%的环境下正常工作。

四、技术文件、服务和培训

- 1、乙方对所供设备必须提供标准配置和完整的中（英）文使用说明书等。
- 2、乙方免费现场安装、调试、校验、启动测试设备，直至完全符合该设备所具有的性能及技术指标。

3、乙方免费负责对该设备的使用、操作等人员进行现场培训，直至有关人员了解设备性能及熟练操作。

五、质量保证及保修

1、乙方所供产品在质量方面必须符合国家及行业标准，同时对该设备出现的问题及时解决。

2、如因产品质量问题影响甲方医疗工作或引起医疗纠纷，乙方负责承担全部经济损失及全部法律责任。

3、乙方提供免费保修期为____年。自设备验收合格并签署甲方《验收报告》之日起开始计算质保时间。就设备的保修，乙方与本合同中所载的保修单位一起向甲方承担连带责任。乙方应督促维修单位在接到甲方维修通知后按约定时间响应并及时排除故障，逾期应赔偿因此给甲方造成的损失。

六、到货时间

自合同签订之日起____日历天内乙方免费将甲方所购设备全部运抵指定地点。

七、违约与争端

1、如乙方开具虚假发票进行偷税漏税或提供虚假证件进行经营活动，甲方拒绝支付设备款，由此引起的一切经济责任和法律行政处罚全部由乙方承担。

2、乙方不能在合同规定的时间交货，每延误 1 天按合同金额的 0.5%进行赔偿，赔偿费从设备款中直接扣除。

3、与合同实施有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商不能解决，争端提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、招投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

九、本合同一式伍份，甲、乙双方各持贰份，信阳市财政局政府采购科备案一份，经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。

甲方：信阳市中心医院

乙方：

地址：信阳市四一路 1 号

地址：

法定或授权代表人：

法定或授权代表人：

时间： 年 月 日

时间： 年 月 日

一、分项报价表

二、配置清单

三、售后服务

合同融资注意事项：1) 供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2) 预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

投标文件

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 三、分项报价表
 - （一）货物分项报价一览表
 - （二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表
- 四、商务及技术偏差表
- 五、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
- 六、售后服务及应急维修保障措施
- 七、资格审查资料
- 八、中小企业声明函（如有）
- 九、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十一、反商业贿赂承诺书
- 十二、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（采购人）_____

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）_____（¥_____元）的投标总报价，提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方承诺投标有效期为自投标截止之日起 60 日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

- （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
- （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
- （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
- （4）如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5. （其他补充说明）。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

地址：

电话：

年 月 日

(二) 投标函附录

项目名称	
投标人名称	
投标报价（元）	
投标有效期	
质量要求	
交货地点	采购人指定地点
交货及安装期	
质保期	
价格折扣（非专门面向中小企业采购时使用）	符合小微企业价格折扣（是/否）
备注	

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

年 月 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____

性别：_____

年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（单位电子签章）

年 月 日

二、授权委托书

本人_____（姓名）_____系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由法定代表人和委托代理人签字。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（电子签名或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：（电子签名或盖章）

身份证号码：_____

年 月 日

三、分项报价表

(一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(二) 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明 细表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：						
	（ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。						
	（ ）小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

填报要求：

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符。
4. 如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

法定代表人或授权委托人 _____（签字或盖章）

投标人： _____（盖单位章）

日 期：

四、商务及技术偏差表

(一) 商务偏差表

项目名称：

采购编号：

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

(二) 技术偏差表

项目名称：

采购编号：

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件 偏差	偏差 说明
		招标技术要求	投标技术指标		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：投标人应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

五、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料

（内容及格式由投标人自拟）

六、售后服务及应急维修保障措施

（内容及格式由投标人自拟）

七、 资格审查资料

1、 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
注册资金				成立时间		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）	类型： 等级： 证书号：					
基本账户开户银行						
基本账户银行账号						
近三年营业额						
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）						
经营范围备注						

注：1. 投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附**相应证明材料**。

2. 本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料。

八、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造**。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：_____

日期：_____

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容

九、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：

十、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

十一、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）（采购编号：_____）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期： 年 月 日

十二、其他材料

1、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，

我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选人资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或盖章）

日期：_____

3、供应商认为需要的其他资料

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：

<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。

1. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。
3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。