

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|--------------------------|
| 采购单位 | 息县中心医院 | |
| 项目信息 | 项目名称 | 息县中心医院 X 射线计算机体层摄影球管采购项目 |
| | 供应商名称 | 河南佳恩电子科技有限公司 |
| 专业人员信息 | 姓名 | 李环 |
| | 职称 | 工程师 |
| | 工作单位 | 息县人民医院 |
| 专业人员论证意见 | <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该项目设备属进口品牌,所采购的球管需与原CT设备匹配已兼容,球管属CT机的主要部件具有较高技术性,目前国内无代替产品,根据政府采购第三十一条规定,建议采用单一来源采购。</p> | |
| 专业人员签字 | 李环 | 日期:2025年12月4日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，手工填写。